

Ciechocinek, 24 września 2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych dla 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Ciechocinku - Spr. nr 16/2021

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania do treści SWZ, na które zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Dotyczy zadania 20

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści analizator 27 parametrowy z różnicowaniem krwinek białych na 5 populacji?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści poniższe zakresy liniowości dla parametru:

Parameter	Linearity range	Deviation range (Whole blood mode)
WBC	$(0.00 \sim 100.00) \times 10^9/L$	$\pm 0.30 \times 10^9/L$ or $\pm 5\%$
	$(100.01 \sim 300.00) \times 10^9/L$	$\pm 10\%$
RBC	$(0.00 \sim 8.50) \times 10^{12}/L$	$\pm 0.05 \times 10^{12}/L$ or $\pm 5\%$
HGB	$(0 \sim 250) g/L$	$\pm 2g/L$ or $\pm 2\%$
PLT	$(0 \sim 1000) \times 10^9/L$	$\pm 10 \times 10^9/L$ or $\pm 8\%$
	(RBC ≤ 7.0)	
	$1001 \sim 3000 \times 10^9/L$ (RBC ≤ 7.0)	$\pm 12\%$
HCT	0~67%	$\pm 2\%$ (HCT value) or $\pm 3\%$ (deviation percent)

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe rozwiązanie

Ponadto na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych **Zamawiający zmienia treść SWZ w zakresie załącznika nr 2 – zadanie 23.** Wprowadzone zmiany mają na celu uszczegółowienie przedmiotu zamówienia i zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Ponieważ zmiany te są istotne dla sporządzenia oferty **Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy przedłuża termin składania ofert do dnia 08.10 do godz. 10:00**

Skutkuje to poniższą zmianą treści SWZ:

- 1) W Części XII (miejsce i termin składania ofert) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie **do dnia 8.10.2021 do godz. 10:00.***

- 2) W Części XIII (otwarcie ofert) ust.1 otrzymuje brzmienie:

*Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert **tj. 08.10.2021r***

Z up. DYREKTORA
22Wojskowego Szpitala
Uzdrowskowo-Rehabilitacyjnego
SP ZOZ w Ciechocinku

Ilek. med. Dariusz Marcinowski