

5984
19.11.2021
III 67-720 Ciechocinek IK



Ciechocinek, 19 listopada 2021 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych dla 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Ciechocinku - Spr. nr 24/2021


Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania do treści SWZ, na które zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Dotyczy zadanie nr 3, pkt. D.2] Czy dopuszczacie Państwo do przetargu echokardiograf wysokiej klasy, renomowanego producenta posiadającego głowicę liniową o zakresie częstotliwości pracy od 4,5 do 12,0 MHz i szerokości pola skanowania 39 mm?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie


DYREKTOR
22 WOJSKOWEGO SZPITALA
UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNEGO
SP ZOZ w Ciechocinku
Ireneusz LELWIC